

Campinas, 06 de setembro de 2023.

AO
MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO
NOVO SANTO ANTÔNIO - MT

PROCESSO Nº: 089/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 EDITAL Nº: 015/2023
FORMA: ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIOS X, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTOANTÔNIO-MT.

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem, solicitar **revisão do edital** das especificações técnicas do Anexo I – Termo de Referência - **ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações:

- **Onde se lê:** ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; TIPO CHÃO-MESA OU CHÃO-CHÃO;
- **Leia-se:** ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; TIPO CHÃO-MESA OU CHÃO-CHÃO OU CHÃO-TETO;
- **Justificativa:** A alteração sugerida acima permite que empresas entreguem equipamentos similares sem causar quaisquer prejuízos técnico-operacionais ao Órgão, já que sistemas chão-teto são de fácil montagem, não havendo necessidade de adequação da carga. Além disso, permite ampliação da concorrência do certame, permitindo com que mais empresas possam participar, possibilitando maior competitividade e, conseqüentemente, melhor uso da verba disponível.

- **Onde se lê:**
 - CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 200 KG.
 - ARMAZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR DE NO MÍNIMO 180 IMAGENS;
 - CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS TOUCHSCREEN;
- **Leia-se:**
 - CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 170 KG.
 - ARMAZENAMENTO INTERNO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR DE NO MÍNIMO 99 IMAGENS;
 - CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS TOUCHSCREEN OU NÃO;
- **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

Esclarecimento

- **Questionamento:** Com o intuito de manter a clareza no termo de referência, devemos considerar apenas 1 nobreak para o conjunto?
- Estamos corretos no entendimento, tendo em vista que com apenas uma unidade pode suportar a workstation e a impressora?

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP